

欧文索引

ACR 推奨ファントム	62, 101	PMMA	61
AEC	71, 81	PMMA ファントム	107, 115
AEC の性能	120	RMI 165 ファントム	62
ANDI	34	S100 protein	26
Bloom Richardson 分類	27	selective estrogen receptor modulator	40
BR12	61, 115	skill dependence	280, 281
BRCA-1	32	skin sparing mastectomy	37
BRCA-2	32	tissue harmonic imaging	300
Capecitabin.....	41	TNM 分類	36
CC 写真 MLO 写真での乳頭後方線の比較	174	Trastuzumab	41
CC 写真の合格基準	174	unfolding.....	26
CDMAM	63	vascularity	295
compressibility	280, 295, 298, 299	Xeloda	41
contrast harmonic imaging	300	X 線スペクトル	48
CR 受像器の清掃	98	X 線管	71
D/W ratio	294	X 線源装置	71
delle	201	X 線出力の再現性	121
dotted casting-type.....	221	X 線装置の清掃	97
endocrine DCIS	28	3D 表示	300
FFDM	62		
fluid-fluid level	295, 298, 303		
fragmented casting-type	221		
Gail model	32		
HER2	41		
Herceptin	41		
HTC.....	52		
ID フラッシャー	154		
K α 線	46		
K β 線	47		
mastopathy	301		
MLO が不向きな場合	162		
mobility	280, 295, 298, 299		
MQSA	50		
MTF 特性	89		
oil cyst	214		
peau d'orange	231		

和文索引

【あ】

アーチファクト	148, 307
アーチファクトの評価	126
圧迫器の確認	109
圧迫装置	53
圧迫板	71, 78
圧迫板と術者の手	161
圧迫方式	78
圧力計	109
アドリアマイン	41
アナストロゾール	39
アポクリン分泌	16
アロマターゼ	31
淡く不明瞭な石灰化	220
暗室内でのカブリ	106

後方エコー増強	309
ゴセリン	39
コメット様エコー	309
混合性パターン	309
コントラスト	58, 90, 100

【さ】

再現性の確認	183
最高濃度	90
細乳管	19
細胞診 (fine needle aspiration cytology).....	35
撮影室の環境	153
撮影情報の表示	154
撮影方向	154
撮影方向と病変の位置関係	156
散在性	223
散乱線	54
システム感度	90
システム構成	89
事前説明	312
自動現像機	90
自動現像機の管理	99
自動露出機構	52, 81
脂肪腫	214
脂肪浸潤	185
脂肪濃度	214
シャウカステンの管理	106
シャウカステンの清掃	98
写真特性	90
写真特性の変化	92
斜断面像	290
充実性パターン	309
充実腺管癌	184
集簇性	223
縦断面像	290
周波数	304
終末乳管	13, 19
受診者の協力	153
術者手掌での完成形作成	167
腫瘍摘出	38
障害陰影の確認	168
照射野ミラー	78
焦点の性能	115

上皮過形成	25
小葉	13, 19
小葉新生物	26, 27
女性ホルモン	31
浸潤性小葉癌	28
浸潤性乳癌	27
浸潤度	184
髄様癌	28
スクリーンとフィルムの密着性	107
ステップファントム	63, 101
ステレオガイド下マンモトーム生検	35
スピキュラ	213
スポット撮影	56, 188
スライス幅	280
スライス幅方向の素子多列化	300
スライド走査	284, 303
星芒状陰影	185
石灰化周囲乳腺の状況	202
石灰乳石灰化	218, 219
接遇	311
セノグラフ	8
ゼロマンモグラフィ	7
線維腺脂肪腫	214
線維腺腫	23, 214
線維腺腫の石灰化	216
線維腺腫様過形成	23
鮮鋭度	59, 147
線質	117
センシトメトリ	100
腺症	23
線状	223
扇状切除術	187
扇状走査	286
扇状部分切除	38
全体拡大撮影	190
全体側方向撮影	190
全乳房切除術	187
腺房	13
腺葉	13
増感紙の構造	87
増感紙の発光分布	88
層状石灰化	220
装置各部の作動確認	110

組織学的波及度	187
組織型	184
組織弾性イメージング機構	300
その他の所見	204
存在診断	183

【た】

ターゲット	71
大胸筋の形状	162
ダイナミックテスト	280, 295
タキサン	41
多形性あるいは不均一な石灰化	220
縦横比	294
多発嚢胞	296
タモキシフェン	39
中心性乳頭腫	25
中心透亮性石灰化	218
中心部腫瘍	185
超音波ガイド下マンモトーム生検	35
ティーカップサイン	23
定型的乳房切除術	1, 37
デブリエコー	309
電圧計	114
特性 X 線	46, 71
特性曲線	91
トレミフェン	39

【な】

内外斜方向 (MLO) 撮影	164
内外斜方向撮影のポジショニング	160
内外斜方向 (MLO) 写真の合格基準	169
内外側方向 (ML) 撮影	175
内部エコー	293
肉腫	214
乳管拡張および乳管壁肥厚	296
乳管拡張症に伴う石灰化	216
乳管過形成	32
乳管小葉区域切除	35
乳管腺腫	25
乳癌全身病説	2, 3
乳管内 (小) 隆起性病変	296
乳管内進展	184
乳管内乳頭腫	24, 32, 33

乳管内 (嚢胞内) 乳頭癌	25
乳癌の占居領域	152
乳癌の部位別発生頻度	152
乳腺外コントラスト	145
乳腺境界線	292
乳腺実質の腫大	297
乳腺症	301
乳腺上皮細胞	14
乳腺全切除術	37
乳腺内コントラスト	144
乳腺濃度	57, 143
乳腺の構成	141
乳腺葉	22
乳頭	13
乳頭陥凹	239
乳頭腫	24, 32, 33, 214
乳頭腫瘍間距離	187
乳頭腺管癌	184
乳頭分泌	33
乳房温存手術	187
乳房温存療法	3
乳房下軟部組織の伸展	168
乳房胸壁側縁	166
乳房再建	37
乳房撮影の目的	151
乳房内リンパ節	214, 240
乳房の圧迫	152
乳房の解剖学的位置	151
乳房の可動	151
乳房の挙上	166
乳房の引き出し・押し込み	171
乳房の引き出しと圧迫	159
乳房の平坦化	171
乳瘤	214, 232
乳輪	15
粘液癌	28, 214
濃度計	99
嚢胞	22, 214
嚢胞性パターン	309
嚢胞内癌	214
膿瘍	214, 232
ノッチ	87

〔は〕	
針生検	35
ヒール効果	76
微細線状石灰化	220
微細分枝状石灰化	220
微細分葉状	213
微小円形石灰化	220
微小石灰化	26
非浸潤癌の亜型	227
非浸潤性小葉癌	26, 33
非浸潤性乳管癌	26, 33, 184
非対称性乳房組織	206, 233
非定型的乳房切除術	1
皮膚陥凹	239
皮膚の石灰化	216
皮膚肥厚	231, 239
皮膚病変	240
びまん性	223
評価困難	213
表示方法	290
フィットエストロゲン	31
フィラメント	74
フィルタ	71
フィルムの構造	87
フィルムの取り扱い	149
フィルムの分光感度	88
フォーカルゾーン	303
付加フィルタ	76
ブッキー装置	81
ブラインドエリア	157
ブラインドエリアの減少法	158
プリンタの管理	109
プローブ走査法	283

分解能	306
平均階調度	90
平均乳腺線量	65, 122
ベース濃度	57, 144
縫合部石灰化	218
放射状走査	285
放射状瘢痕	23
放射窓と固有ろ過	48
ポジショニング	148, 282

〔ま〕

末梢性乳頭腫	25
密着性試験ファントム	107
明室フィルム交換機の清掃	101
面皰型	226
モニタの清掃	98
モントゴメリ腺	15

〔や〕

葉間交通	22
葉状腫瘍	214

〔ら〕

リアルタイム性	280, 282, 303
粒状性	60, 146
領域性	223
梁柱の肥厚	204, 230, 231
臨床画像総合評価	150
臨床画像評価	141
リンパ管侵襲	185, 186
リンパ節の走査	287
連続×線	45, 71